

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Agua ultrapura libre de nucleasas, calidad Biología Molecular

Catálogo: A0103

Lote: 1101

Vencimiento: 2/2025

Presentación: 100 ml

Aspecto: límpido, incoloro

Inorgánicos (Resistividad a 25°C): 18.2MΩ-cm

Orgánicos (TOC) < 5 ppb²

Conductividad < 1 μS

DNAsa/RNAsa: no detectable

Este producto se esteriliza mediante autoclave a 120°C, 15 min.

Validación para uso en Biología Molecular: Se testeó la calidad del agua A0103 mediante amplificación de ADN en una PCR. Resultado: conforme.

Envasado: 2/2021

Control calidad realizado: 17-02-2021

Importante:

- Conservar a temperatura ambiente (15-25°C). Para largo plazo conservar a 4°C.
- Garantía: el producto catálogo A0103 Highway posee garantía del establecimiento elaborador Inbio Highway SA.

USO EN INVESTIGACION *IN VITRO*

Habilitación Min. Salud Pcia Bs. As. DI-2019-26-GDEBA-DPRYFSMSALGP

Habilitación ANMAT N° de Certificado 159/20-P



Dra Yanil R. Parma
Inbio Highway S.A.
Directora Técnica
Serrano 1414 (7000) Tandil
www.inbiohw.com.ar